

Sport e salute S.p.A.

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n°1 impianto radiologico multifunzionale con sistema di detezione digitale di tipo flat panel con tavolo telecomandato e teleradiografo per l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma

CIG 78874555C5

R.A. 021/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio)

Si fa seguito agli ulteriori quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO

La sala rx è molto lunga e molto stretta e con n. 2 pilastri al centro: è possibile proporre variazioni al lay out interessando eventualmente l'attigua sala ecografica?

RISPOSTA

Non è possibile, le due sale hanno due quote differenti

2° QUESITO

La realizzazione del box comandi all'interno della sala rx (box autoportante con schermatura Pb, porta e visiva anti-x) è a cura di Sport e Salute?

RISPOSTA

No, a cura del fornitore

Il Responsabile del
procedimento
Dott. Gennaro Ranieri

